



## Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1  
tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45  
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl



Zamość 2012-05-15

### Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11 /PN/12 na „ Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”**

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu , działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poniżej podaje treść pytań i odpowiedzi:

**Pytanie 1 dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się informacje takie jak nr serii i data ważności.**

**Pytanie 2 dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.**

**Pytanie 3 dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający zawarł powyższy zapis dotyczący zmiany stawki VAT w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 w § 3 ust. 3- zmienionym w dniu 11.05.2012r.**

**Pytanie 4 dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 5 dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6 dotyczy umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za zwłokę w realizacji dostawy naliczana była od wartości niezrealizowanej dostawy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7 dotyczy pakietu 1. poz. 10-15**

Czy zamawiający wymaga aby igły w poz. 10 do poz.15 pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 8 dotyczy pakietu 1. poz.15**

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby w poz. 15 igła 1,2x40 była krótkościęta. zastosowanie igieł krótkościętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem, do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 9 dotyczy pakietu 2 poz. 1.**

Czy Zamawiający wymaga, aby w przyrządach do przetaczania płynów infuzyjnych IS komora kroplowa wykonana była z PP o długości min 65 mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła boczna ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier?

**Odpowiedź: Zamawiający w ww. zakresie wymaga zaoferowania przyrządów zgodnych z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Pytanie 10 dotyczy pakietu 5 poz. 12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu pakowanego pojedynczo folia-papier.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11 dotyczy pakietu 6 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski do podawania tlenu sterylnej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12 dotyczy pakietu 7 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji opłucnej z igłami 14 G, 16G, 18G.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13 dotyczy pakietu 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, czyli oferując 534 op. ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 Zadanie nr 11:**

**Poz.3-7:**


Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych producenta- firmy Becton Dickinson z portem i skrzydełkami wykonanymi z podwójnie oczyszczonego teflonu(PTFE) widocznych w aparacie USG, wyposażonych w koreczek luer-lock pasujący do kaniul.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15**

**Zadanie nr 4**

**Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach :**

| Nazwa produktu  | Rozmiar (cm)         | Jednostka miary | Numer artykułu |
|---|----------------------|-----------------|----------------|
|  <p><b>Foliodrape- Zestaw I ginekologiczny</b><br/> 1 serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami na nogi i samoprzylepnym oknem; Ø 7 x 10 cm<br/> 4 ręczniki celulozowe</p> | 240 x 255<br>33 x 33 | 6 zestawów      | 257120         |

z serwetą nieprzemakalną pakowaną oddzielnie, to jest zestaw używany przez Państwa do chwili obecnej, do którego nie wnosili Państwo żadnych zastrzeżeń.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 w pozycji 2 wymaga, aby filtr antybakteryjny mechaniczny posiadał równomiernie rozłożone, nie sklejające się fałdy dzięki elementom dystansowym, objętość max 52ml, wagę max 31g oraz obudowę przezroczystą z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 20 w pozycji 6 dopuści cewnik ZO z trzema otworami bocznymi?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 18 Zadanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych (Pencil-Point) 24G/90 mm bez prowadnicy?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**