



Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl



Zamość, dn. 2012-08-10

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 20 /PN/12 na dostawę, uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poniżej podaje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy punktu 17

Zamawiający w punkcie 17 wymaga najkrótszego czasu obrotu układu lampy detektor na poziomie 0,5 s i jednocześnie w punkcie 2 oczekuje możliwości wykonywania badań serca z bramkowaniem EKG.

Wnioskujemy o zmianę zapisu na „minimalny czas pełnego obrotu układu lampy-detektor dla skanu spiralnego nie dłuższy niż 0,45 sekundy” co pozwoli to na wykonywanie badań serca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w punkcie 17.