



Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl



Zamość, dn. 2012-08-21

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 20 /PN/12 na dostawę, uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń.

Zmiana treści SIWZ

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w wyniku odpowiedzi na pytania z dnia 21.08. 2012 r. dokonuje zmiany treści siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę następujących zapisów w tabeli:

- Wprowadzenie pkt. 3 a do opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) o treści:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana	Uwagi
3 a	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej [mm]	≤0,75 mm	Najniższa wartość – 10p, najwyższa 1 p, pozostałe proporcjonalnie	

- Zamawiający wykreśla punktację (wartość oferowana) w pkt. 34.

-pkt. 43 - Zamawiający wprowadza zmianę opisu na: Maksymalna pojemność dysku/ów twardej stacji lekarskiej dla obrazu bez kompresji [512 x 512] nie mniej niż 200 000 obrazów.

W załączeniu poprawiony opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe warunki zawarte w siwz pozostają bez zmian.

Prezes
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.
mgr inż. Mariusz Paszko