



Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl
tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45



Zamość, dnia 27.11.2013r.

Do Zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 Euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku na dostawę optyk artroskopowych – 2 szt

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu, odpowiada na pytanie do w/w zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści wariant zestawu artroskopowego firmy Richard Wolf objętego promocją producenta w którego w skład wchodzi:

- Optyka Artroskopowa HD 30 stopni
- Płaszcz wysokiego przepływu High-flow
- Trokar Tępy
- Światłowód

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2

Czy zamiast adapterów zamawiający zgodzi się na światłowód pasujący do różnych firm produkujących źródła światła (Wolf, ACMI, Storz) ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3

Proszę o określenie, do systemu jakiej firmy trokarów artroskopowych mają być kompatybilne optyki z zapytania ofertowego?

Odpowiedź: Firmy Stryker