Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl
tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2014-05-12

Do Wszystkich Wykonawców

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 10/PN/14 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku"

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1 Zadanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie do artroskopii kolana o składzie:

skład	ilość	rozmiar	otwór	rozmiar
serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	75x37		
taśma medyczna	2	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 2 Zadanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie do artroskopii stawu biodrowego o składzie:

skład	ilość	rozmiar		
serweta z przylepcem	1	260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta z przylepcem	1	240x150		
pokrowiec na nogę	1	120x37		
kieszeń na płyny z kształtką	1	40x30		
taśma medyczna	6	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3 Zadanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z przylepcem	1	240x150

serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4 Zadanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie do zabiegów ginekologicznych o składzie:

skład	ilość	rozmiar	otwór	rozmiar
Serweta z otworem w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą	1	265x180	TRAPEZ	28X20x19
serweta na stół instrum.	1	190x150		

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5 Dot. umowy:
Czy Zamawiający poprzez określenie dni robocze rozumie pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 6 Dot. umowy:
Czy Zamawiający mógłby określić jaki procent ilości wyrobów określonych w SIWZ zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić, jaki procent wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zrealizowany.

Pytanie 7 Pakiet 10 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany worek do dobowej zbiórki moczu ma posiadać białą tylną ściankę, pozwalającą na pełną wizualizację gromadzonego moczu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Pakiet 10 poz. 3
Czy Zamawiający wymaga worka do godzinnej zbiorki moczu, 14 dniowego, z zastawką antyrefluksyjną, z dokładną podziałką, co 1ml (od 1 do 40ml), co 5ml (od 40ml do 90ml) i co 10ml (od 90ml do 500ml), z niezałamującym się drenem na wejściu do komory, dren dwukanałowy, komora pomiarowa o pojemności 500ml, worek 2000 ml skalowany, co 100 ml z kranikiem spustowym typu T, dwa filtry hydrofobowe w worku i komorze, port do pobierania próbek moczu przez port beigłowy bez odłączenia drenu od cewnika, pakowane pojedynczo, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Pakiet 10 poz. 15
Czy Zamawiający wydzieli poz. 15 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 Pakiet 12 poz. 6
Czy Zamawiający wymaga, aby kranik trójdrożny był wykonany z poliamidu co znacznie zwiększa jego odporność na agresywne leki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Pakiet 12 poz. 6
Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki trójdrożne posiadały wyraźny i optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty, który w sposób absolutnie precyzyjny zapewnia ustawienie kranika w pozycji gwarantującej maksymalny i prawidłowy przepływ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Pakiet 12 poz. 18
Czy Zamawiający wymaga, aby ostrza posiadały wygrawerowaną nazwę producenta oraz rozmiar na samym ostrzy w celu bezspornej identyfikacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 Pakiet 13 poz. 4
Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 Pakiet 13 poz. 4
Czy Zamawiający wymaga filtra o wadze do lub równej czy powyżej 23g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuścił filtr o wadze 28,5g.

Pytanie 15 Pakiet 13 poz. 8
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nebulizatora, który dostarcza aerozol pod kątem do 90 stopni – pozwala przyjąć pacjentowi pozycję horyzontalną? Skuteczność pracy nebulizatora w zakresie 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 Pakiet 13 poz. 9
Prosimy o potwierdzenie czy zapis siwz cyt. „barwne oznaczenie" należy interpretować, jako wymóg zaoferowania rurek ustno-gardłowych Guedela, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia ich identyfikację w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych?
Odpowiedź: „Barwne oznaczenie" =**kolorowy znacznik zgodnie z normą ISO** .

Pytanie 17 Pakiet 13 poz. 12
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywanie procedury?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 18 Pakiet 13 poz. 17
Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej posiadającej czarny oring dookoła rurki widoczny z każdej strony, ułatwiający lokalizację położenia rurki względem laryngoskopu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 Pakiet 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 55 mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 20 Pakiet 15 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelem półpłynnym, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 21 Pakiet 15 poz. 5-6
Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru czy dopuści zamiennik?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Pytanie 22 Pakiet 15 poz. 7
Z uwagi na to, iż papier w tym rozmiarze nie jest już produkowany czy Zamawiający dopuści rozmiar 210x25?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 23 Pakiet 15 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu 0,25 l z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 24 Pakiet 15 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu 0,25 l z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: TAK.

Pytanie 25.ZADANIE 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane obłożenie do zabiegów artroskopii kolana o składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm
- 1 x serweta 135x196 cm
- 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna, 10x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm
-1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm , ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny.
Odpowiedź: Zgodnie z odp. na pyt. 26.

Pytanie 26 ZADANIE 6
Czy Zamawiający dopuści ww. zestaw bez osłony na przewody? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie ww. zestawu z osłoną na przewody 13x 240cm w ilości 2 sztuki, sterylną pakowaną osobno?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zestaw z osłoną na przewody 13x 240cm w ilości 2 sztuki, sterylną pakowaną osobno.

Pytanie 27 ZADANIE 6
Prosimy o wyjaśnienie czy osłona na kończynę w zestawie do operacji kolana powinna być elastyczna, antypoślizgowa, co znacząco ułatwia manewrowanie operatorowi kończyna pacjenta w trakcje zabiegu.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 28 ZADANIE 6
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy materiał z którego ma być wykonane obłożenie powinno być wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej oddychającej paro przepuszczalnej ,która, pozwala na swobodne odparowanie skory pacjenta co zapobiega tworzeniu się wilgotnego środowiska ,w którym rozwijają się drobnoustroje .Zapobieganie migracji drobnoustrojów ma znaczący wpływ na ograniczenia na bloku zakażeń.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 29 ZADANIE 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane obłożenie do zabiegów biodra o składzie:
-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
-1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80x145 cm,
-1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x116 cm,
-1 x serweta górna 183x254 cm przylepna,
-1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa
-1 x stokineta 30x122 cm, 2-warstwowa,
-2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
Odpowiedź: Zgodnie z odp. na pyt. 30.

Pytanie 30 ZADANIE 7
Czy Zamawiający dopuści ww. zestaw bez kieszonki? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie ww. zestawu z kieszonkami (2 sztuki), sterylnymi pakowanymi osobno?
Odpowiedź: Dopuszczamy ww. zestaw z kieszonkami (2 sztuki), sterylnymi pakowanymi osobno.

Pytanie 31 ZADANIE 7
W związku z dużym obciążeniem mechanicznym obłożenia w trakcje zabiegu prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożenia odpornego na rozrywanie i manipulacje na sucho i mokro na poziomie nie mniejszym niż 200k na całej powierzchni okrywającej pacjenta ,natomiast w

obszarze będącym w bezpośrednim sąsiedztwie pola operacyjnego o odporności na rozrywanie na sucho i mokro nie mniejszej niż 500kPa
Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 32 ZADANIE 8
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane obłożenie do zabiegów chirurgicznych o składzie:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm,
-2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne
-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne , zintegrowany 1 organizator przewodów .
-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne, zintegrowany 1 organizator przewodów .
-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Odpowiedź: Zgodnie z odp. na pyt. 33.

Pytanie 33 ZADANIE 8
Czy Zamawiający dopuści ww. zestaw bez kieszeni lepnej? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie ww. zestawu z kieszenią lepną, sterylną pakowaną osobno?
Odpowiedź: Dopuszczamy ww zestaw z kieszenią lepną, sterylną pakowaną osobno.

Pytanie 34 ZADANIE 8
Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z różnorodnością procedur chirurgicznych Zamawiający oczekuje aby serweta górna i dolna posiadały zintegrowane uchwyty na przewody **typu rzep** pozwalające na wielokrotne przeklejanie kabli i drenów w trakcie zabiegu.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 35 ZADANIE 8
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje aby **rzep posiadał min. 2** zapadki zapobiegające przypadkowemu odpięciu rzepu od naporu kabli i drenów na rzep podczas zabiegu operacyjnego
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 36 ZADANIE 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm
- 1 x serweta na stolik May min. 75x141 cm,
- 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 9x11cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety
- 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej
- 1 x ręcznik chłonny 34x36cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 38 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Pytanie 39 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?
Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca.

Pytanie 40 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41 Zadanie nr 1 poz. 11
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przedłużaczy do pomp infuzyjnych 1500mm bezftalanowe?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 42 Zadanie nr 2 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania przyrządów wyposażonych w komory kroplowe pozbawione PCV?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 43 Zadanie nr 12 poz. 24
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji pensety anatomiczne 1 x użytku ok. 14cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44 Zadanie nr 13 poz. 14 i 15
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach maski do podawania tlenu sterylne?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 45 Zadanie nr 1 poz. 12, 13, 14, 15, 16
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w tych pozycjach pochodzących od jednego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 46 Zadanie nr 1 poz. 16
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby w poz. 16 igły 1,2x40 były krótko ścięte. Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł w rozmiarze 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótko ścięte oraz długo ścięte .

Pytanie 47 Zadanie nr 1 poz. 12, 13, 14, 15, 16
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł posiadających na opakowaniu jednostkowym nadrukowany jaki typ ścięcia ostrza został w nich zastosowany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.