



Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl
tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45



Zamość 2014-07-23

Do Wszystkich Wykonawców

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 14/PN/14 na dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 1 gwoździ posiadających w części dystalnej 3 otwory?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 3-5 gwoździ nie posiadających spłaszczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 6 gwoździ posiadających min. 5 otworów w części bliższej, w tym 2 ustawione skośnie pod wkręty \varnothing 6,5 mm, a w części dalszej min. 3 otwory bez gwintu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 6 implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 7-9 śrub zaślepiających i kompresyjnych oraz wkrętów blokujących z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 8 wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych \varnothing 6,5 mm zamiast 7,5mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 9 wkrętów blokujących \varnothing 4,5mm zamiast \varnothing 5,0 i 5,5 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 11 śruby zaślepiającej i kompresyjnej do gwoździa ramiennego M8 zamiast M7?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 12 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 8 mm oraz wkrętów trzonowych z łbem o średnicy 8 mm i wysokości 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 13 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 17 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12. Zadanie nr 1

Czy zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 24, 25, 29-34, dopuści możliwość zaferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco-kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 29 płytek o grubości 2,5mm zamiast 2,6mm oraz 1,8mm zamiast 2,2 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 33 płytek posiadających w części trzonowej 3-7 otworów zamiast 3-6?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 34 płytek posiadających w części trzonowej 6-16 otworów zamiast 4-14?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 16. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 43 wkrętów do kości gąbczastej 4,0 oraz wkrętów do kości gąbczastej i łódkowej 3,5mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17. Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ śródszpikowych według własnych rozwiązań technicznych tj. jedno wspólne instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych do kości udowej, piszczelowej i ramiennej, instrumentarium do gwoździ krętarzowych, instrumentarium do gwoździ anatomicznych udowych oraz instrumentarium do gwoździ przedramiennych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.