



Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl
tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45



Zamość 2019-02-18

Do Wszystkich Wykonawców

Dot: Zapytania ofertowego na dostawy systemów do pozyskiwania osocza bogato płytkowego

WYJAŚNIENIA

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami

Pytanie nr 1 do poz nr 1 i poz nr 2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi? Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny

System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera:
- system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi
- roztwór przeciwzakrzepowy fiołka 10 ml

Instrumenty:

- wirówka
- pojemniki na tuby separujące krew
- przeciwwaga

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
PREZES
mgr inż. Mariusz Paszko