

Zadanie nr 1

Producent:.....

Nazwa:.....

Typ:.....

Model:.....

Rok produkcji:.....

Zestawienie parametrów – Ssak elektryczny jezdny – 2 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1.	Ssak elektryczny, jezdny	Tak	
2.	Zasilanie 230[V], 50 [Hz], +/-10 [%]	Tak	
3.	Obudowa wykonana z trwałego materiału	Tak	
4.	Wydajność minimum 50l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)	Tak podać	
5.	Poziom głośności max. 40 dB	Tak	
6.	Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki	Tak	
7.	Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 koła w tym dwa z blokadą	Tak	
8.	Wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem	Tak	
9.	Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 5 l.	Tak	
10.	Precyzyjny regulator podciśnienia, max.podciśnienie >/= 90 kPa	Tak	
11.	Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej	Tak	
12.	Butla miareczkowana o pojemności 2 l. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji, wykonana z nietłukącego materiału –2 szt.	Tak	
13.	Zbiornik zabezpieczający przeciwprzelewowy	Tak	
14.	Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m	Tak	
15.	Filtr antybakteryjny zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniem	Tak	
16.	Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści	Tak	
17.	Możliwość pracy w atmosferze stężonych gazów anestetycznych	Tak	
18.	Urządzenie posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych lub Certyfikat CE i deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta	Tak	
19.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji w siedzibie zamawiającego	Tak	
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	
21.	Okres gwarancji minimum 5 lat	Tak	
22.	Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy	Tak	

	gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu zamówienia uprawniające do wymiany aparatu na nowy		
23.	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii max.48 godz.	Tak	
24.	Aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni	Tak	
25.	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi	Tak	
26.	Serwis autoryzowany	podać	

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

.....
(data i miejscowość)

.....
(podpis Wykonawcy)